

Số: 307/BVĐKQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 06 năm 2022

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

(V/v: Chào giá quả lọc thận nhân tạo)

### Kính gửi: Các công ty cung cấp quả lọc thận nhân tạo

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng xin gửi Quý công ty lời cảm ơn và lời chào trân trọng.

Nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh được tốt nhất và có hiệu quả nhất cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng có kế hoạch mua sắm quả lọc loại khô chạy thận nhân tạo. Kính mời các công ty quan tâm báo giá với nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Yêu cầu kỹ thuật và số lượng

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
1	Quả lọc khô chạy thận nhân tạo	Quả	288	Quả lọc khô Tiệt trùng: Bằng tia Gamma Diện tích bề mặt: 1.3 m <sup>2</sup> PTM / TMP Max: 500 mmHg Hệ số siêu lọc (KUF): 1780-2580 ml/hr/100mmHg Chiều dài hiệu quả: 216 mm Đường kính trong: 200 μm Chiều dày màng lọc: 15 μm Thể tích mỗi: 75 ml Hệ số thanh thải (ml/min): Ure (urea): 188-194, Creatinine: 176-184, Phosphate: 164-177, Vitamin B12: 112-125, Myoglobin: 23-36 Lưu lượng máu (QB): 200 ml / phút Đạt tiêu chuẩn ISO 13458 hoặc 9001 hoặc tương đương

## 2. Mẫu báo giá

STT	Tên thương mại	Mã hiệu (model)	Thông số kỹ thuật	Hãng-Nước SX	Hãng-chủ sở hữu	Phân nhóm theo TT 14-2020	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Đơn giá

**3. Thời hạn nộp báo giá:** Từ 13/6/2022 đến trước 17h ngày 15/6/2022.

**4. Nơi nhận báo giá:** Khoa Dược, tầng 1, bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

ĐT: 02253950889

Rất mong Quý Công ty tham gia báo giá để có cơ hội cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi: Như kính gửi,  
Lưu: TCHC, Dược

**GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN**  
**BỆNH VIỆN**  
**ĐA KHOA**  
**QUỐC TẾ**  
**HẢI PHÒNG**  
**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
*Nguyễn Thanh Hòai*